

Số: 205/BVP-KD
(V/v: Mời cung cấp báo giá
trang thiết bị y tế sử dụng cho
Bệnh viện phổi tỉnh Yên Bái)

Yên Bái, ngày 21 tháng 8 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế tại các cơ sở Y tế công lập.

Hiện nay Bệnh viện phổi tỉnh Yên Bái có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế năm phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh (chi tiết theo Phụ lục I đính kèm).

Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái trân trọng mời Các đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt nam có năng lực cung ứng, kinh nghiệm cung cấp thông tin, báo giá về trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh của Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái.

Thông tin về hàng hóa cung cấp cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hàng hóa phải được Bộ Y tế cho phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành.
- Chung loại, cấu hình, tính năng kỹ thuật của hàng hóa.
- Giá cụ thể của từng mặt hàng (giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các chi phí khác theo biểu chi tiết theo mẫu tại phụ lục II đính kèm).
- Thời gian nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 21/8/2023 đến trước 16h30 ngày 05/9/2023.

- Địa chỉ nhận báo giá:

+ Người nhận: Phạm Khánh Toàn

+ Chức vụ: Kỹ thuật viên trưởng khoa Dược - CLS - KSNK

+ Điện thoại liên hệ: 0977.886.222 (trong giờ hành chính)

+ Bản cứng báo giá (có dấu đỏ) gửi về: Khoa Dược Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái

+ Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

+ Bản file Excel và PDF gửi về địa chỉ E.mail: Phamtoan1986@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VT, KD;



Bạch Xuân Thủy



(Kèm theo Công văn Số: 205/BVP-KD ngày 21/8/2023 của Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Lưu lượng kế Oxy kèm bình làm ẩm	<ul style="list-style-type: none">- Áp suất làm việc: 400kpa- Lưu lượng làm việc: 0~15 lít/phút- Điều chỉnh lưu lượng bằng núm xoay, mức điều chỉnh 1lít/phút- Bộ điều chỉnh bằng hợp kim, độ bền cao- Bình làm ẩm dung tích 100ml, tích hợp lọc sục khí- Phụ kiện bao gồm: đầu cắm kết nối vào ổ cấp khí oxy chuẩn DIN, dây thở dùng 1 lần	Cái	05
2	Dây dẫn khí oxy áp lực cao	<ul style="list-style-type: none">- Loại dây mềm, có thể uốn linh hoạt, nối từ bình chứa Oxy (sau bộ giảm áp đầu chai đến giàn van treo tường)- Chịu áp suất lên đến: 25kg/cm²	Cái	10
3	Ổ đầu ra khí Oxy đơn chuẩn DIN	<ul style="list-style-type: none">- Kiểu lắp đặt: Nối tường- Áp suất làm việc: 400kpa- Lõi or khí bằng đồng hợp kim, nguyên lý van 1 chiều- Vỏ ổ khí bằng nhựa ABS chống bám bẩn- Có mã hóa bằng màu sắc và nhãn tên loại khí cấp- Khớp kết nối với đầu cắm được mã hóa, không lắp lẫn	Cái	02



**PHỤ LỤC II
BÁO GIÁ HÀNG HÓA**

(Kèm theo thông báo mời chào giá số.....)

Kính gửi: Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Căn cứ thông báo mời cung cấp báo giá, số /BVP-KD ngày /8/2023 của Bệnh viện phổi tỉnh Yên Bái về việc Mời cung cấp báo giá vật tư y tế sử dụng cho Bệnh viện

Phổi tỉnh Yên Bái. Chúng tôi (tên đơn vị.....) có địa chỉ tại: Xin gửi đến Bệnh viện báo giá và thông tin của hàng hóa như sau:

Stt	Tên trang thiết bị y tế	Thông số về kỹ thuật	Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu)	Tên thương mại	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Mã và giá tiền kê khai theo ND98/2021/ ND-CP	Mã HS Vật tư y tế	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (chưa bao gồm VAT)	Thuế VAT	Thành tiền (đã bao gồm VAT)

Báo giá có hiệu lực trong thời hạn tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký

....., ngày.....tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)